



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.005.A № 46001/1

Срок действия до 09 марта 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Анализаторы влажности "ЭВЛАС-2М"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Внешнеторговая  
Производственная Компания "Сибагроприбор" (ООО ВПК  
"Сибагроприбор"), п. Краснообск, Новосибирский р-он Новосибирской обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 22077-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МП 67-243-2011 с изменением № 1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа переоформлено и продлено приказом  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 09 марта 2017 г. № 473

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С.Голубев

..... 2017 г.

Серия СИ

№ 028641