

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Аквадистиллятор медицинский электрический АДЭ-09

производства ООО ПФ «Ливам»

Назначение	Внешний вид
<p>Производство дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других учреждениях.</p> <p>Качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании аммиака не более 0,2 мг/л.</p>	
Технические характеристики	
Качество производимой воды	ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная»
Температура производимой воды, °С	от 70 до 85
Производительность, л/ч	1,0 (-10%)
Род тока, частота, напряжение	переменный однофазный, 50 Гц, 220 В (±10 %)
Потребляемая мощность, кВт	0,75
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	230×250×365
Исполнение	Настольное
Масса, кг	3,9
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи	14
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие	№ ФСР 2008/03708 от 05 декабря 2008 г.
Срок службы, лет	не менее 7
Особенности	
- Воздушное охлаждение	- Низкий расход воды