



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕДИКА"

Место нахождения: 115516, Россия, город Москва, улица Промышленная, Дом 11, Строение 3, Этаж 5, Помещение I, Комната 21, Офис 3, Основной государственный регистрационный номер 1097746134947
Телефон: +79265277888 Адрес электронной почты: 6382255@mail.ru

в лице Генерального директора Землянко Юлии Васильевны

заявляет, что Оборудование лабораторное: устройства перемешивающие, с маркировкой «Stegler», модели: MB-6, MB-12, POS-12, MM-6, MM-8, TM-Mivot, NS, HS, HS-2, HS-pro2, HS-pro2-digital

Изготовитель «SHANGHAI JINGKE SCIENTIFIC INSTRUMENT CO., LTD»

Место нахождения: Китай, ROOM 304, NO. 189 XINJUNHUAN ROAD, MINBANG DISTRICT, SHANGHAI

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU "О электромагнитной совместимости", Директивой 2014/35/EU "По низковольтному оборудованию и системам"

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8479820000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № ОСК0001/640 от 11.01.2019 года Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31993.04ОСК0001

эксплуатационных документов на продукцию; перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 ТР ТС 004/2011, пункте 1 статьи 6 ТР ТС 020/2011, использованных изготовителем при производстве продукции

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2- 2013 (IEC 61000-3- 2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3- 2013 (IEC 61000-3- 3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний", ГОСТ IEC 61010-2- 051-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-051. Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания", ГОСТ IEC 61010-1- 2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования". Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.01.2024 включительно.



М.П.

Землянко Юлия Васильевна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.АБ88.В.00984/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.01.2019